

BIOÍONS SOLUÇÃO PARA LIMPEZA SEMANAL

REF R11202

INSTRUÇÕES DE USO

PARA OBTER AS INSTRUÇÕES DE USO EM FORMATO IMPRESSO, SEM CUSTO ADICIONAL, CONTATAR O SERVIÇO DE APOIO AO CLIENTE:

SAC: (31) 3439 5454 / 0800 031 5454 / sac@bioclin.com.br

FINALIDADE

Reagente utilizado para limpeza semanal de equipamentos automáticos para dosagens de íons. Somente para uso diagnóstico *in vitro*.

Indicado para:

Aparelhos automáticos de íons.

REAGENTES

Número 1- Bioíons Solução para Limpeza Semanal- Conservar entre 5 e 35°C. Contém: Solução de Hipoclorito ≤ 1% e Água

APRESENTAÇÃO

Apresentação	Volume
1	100 mL

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

A temperatura de armazenamento e transporte deverá ser de 5 a 35°C. Manter ao abrigo da luz e evitar umidade.

CUIDADOS ESPECIAIS

- 1- Somente para uso diagnóstico *in vitro*.
- 2- Seguir com rigor a metodologia proposta para a obtenção da limpeza adequada.
- 3- A água utilizada na limpeza do material deve ser recente e isenta de contaminantes.
- 4- Recomendamos aplicar as normas locais, estaduais e federais de proteção ambiental para que o descarte dos reagentes e do material biológico seja feito de acordo com a legislação vigente.
- 5- Para obtenção de informações relacionadas à biossegurança ou em caso de acidentes com o produto, consultar a FDS (Ficha de Dados de Segurança) disponibilizada no site www.bioclin.com.br ou através de solicitação pelo SAC (Serviço de Assessoria ao Cliente) da Quibasa.
- 6- Não utilizar o produto em caso de danos na embalagem.
- 7- É imprescindível que os instrumentos e equipamentos utilizados estejam devidamente calibrados e submetidos às manutenções periódicas.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO

O uso deste controle deve ser de acordo com o especificado no manual do fabricante do aparelho. Para maiores informações entrar em contato através do SAC.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- 1- QUIBASA: Dados do Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento.
- 2 - CARETIUM: Dados do Fabricante.

GARANTIA DE QUALIDADE

Antes de serem liberados para o consumo, todos os reagentes **Bioclin** são testados pelo Departamento de Controle de Qualidade. A qualidade dos reagentes é assegurada até a data de validade mencionada na embalagem de apresentação, desde que armazenados e transportados nas condições adequadas.

Fabricado por:

CARETIUM MEDICAL INSTRUMENTS Co, Ltd - China

Registrado, Importado e Distribuído por:

QUIBASA QUÍMICA BÁSICA Ltda

Rua Teles de Menezes, 92 - Santa Branca
CEP 31565-130 - Belo Horizonte - MG - Brasil
Tel.: (31) 3439.5454 | E-mail: bioclin@bioclin.com.br
CNPJ: 19.400.787/0001-07 - Indústria Brasileira

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR

Serviço de Assessoria ao Cliente
Tel.: 0800 0315454 | E-mail: sac@bioclin.com.br

Produto isento de registro na ANVISA, conforme legislação vigente.

Revisão: Abril/2025

SIMBOLOGIA UNIVERSAL

	NÚMERO DE CATÁLOGO		FABRICADO POR
	NÚMERO DO LOTE		CONTROLE
	DATA DE FABRICAÇÃO		CONTROLE POSITIVO
	DATA DE VALIDADE (último dia do mês)		CONTROLE NEGATIVO
	LIMITE DE TEMPERATURA (conservar a)		RISCOS BIOLÓGICO
	O CONTÉÚDO É SUFICIENTE PARA «N» TESTE		INFLAMMÁVEL
	CONSULTAR INSTRUÇÕES DE USO		CORROSIVO
	PRODUTO PARA DIAGNÓSTICO IN VITRO		TÓXICO
	PROTEGER DA LUZ E CALOR		NÃO UTILIZAR SE A DILUIÇÃO ESTIVER DANIFICADA
	NÃO REUTILIZE		PRODUTO ESTERILIZADO
	CUIDADO		RISCO

SOLUCIÓN DE LIMPIEZA
SEMANAL BIOÍONS

REF R11202

INSTRUCCIONES DE USO

FINALIDAD

Reactivo utilizado para la limpieza semanal de equipos de dosificación automática de iones.
Solamente para uso diagnóstico *in vitro*.

Indicado para:

Aparatos de iones automáticos.

REACTIVOS

Número 1- Solución de Limpieza Semanal Bioions-
Conservar entre 5 y 35°C. Contiene: Solución de hipoclorito ≤ 1% y agua

PRESENTACIÓN

Presentación	Volumen
1	100 mL

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

La temperatura de almacenamiento y transporte deberá ser de 5 a 35°C. Mantener al abrigo de la luz y evitar humedad.

CUIDADOS ESPECIALES

- 1- Solamente para el uso diagnóstico *in vitro*.
- 2- Seguir con rigor la metodología propuesta para la obtención de la limpieza adecuada.
- 3- El agua utilizada en la limpieza del material debe ser reciente e exenta de contaminantes.
- 4- Se recomienda la aplicación de la ley local, estatal y federal de protección ambiental para la eliminación de reactivos y material biológico se hace de acuerdo con la legislación vigente.
- 5- Para obtener información relacionada con la seguridad biológica o en caso de accidentes con el producto, consultar la HDS (Hoja de Datos de Seguridad) disponible en el site www.bioclin.com.br o solicitando a través del SAC (Servicio de Asesoría al Cliente) de Quibasa.
- 6- No utilice el producto en caso de daños en su embalaje.
- 7- Es esencial que los instrumentos y equipos utilizados estén adecuadamente calibrados y sometidos a mantenimientos periódicos.

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

El uso de este reactivo debe ser de acuerdo con lo especificado en el manual del fabricante del aparato.
Para mayores informaciones entrar en contacto a través del SAC.

PARA OBTENER LAS INSTRUCCIONES DE USO EN FORMATO IMPRESO, SIN COSTO ADICIONAL, CONTACTE CON EL SERVICIO DE ASESORAMIENTO AL CLIENTE:

SAC: +55 (31) 3439 5454 / 0800 031 5454 / sac@bioclin.com.br

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- 1- QUIBASA: Dados do Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento.
- 2 - CARETIUM: Dados do Fabricante.

GARANTIA DE CALIDAD

Antes de ser liberado para el consumo, todos los reactivos **Bioclin** son testados por el Departamento de Control de Calidad. La calidad de los reactivos es asegurada hasta la fecha de validez mencionada en el embalaje de presentación, desde que sean almacenados y transportados en las condiciones adecuadas.

Fabricado por:

CARETIUM MEDICAL INSTRUMENTS Co, Ltd - China

Registrado, Importado y Distribuido por:

QUIBASA QUÍMICA BÁSICA Ltda
Rua Teles de Menezes, 92 - Santa Branca
CEP 31565-130 - Belo Horizonte - MG - Brasil
Tel.: (31) 3439.5454 | E-mail: bioclin@bioclin.com.br
CNPJ: 19.400.787/0001-07 - Indústria Brasileira

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR

Serviço de Assessoria ao Cliente
Tel.: 0800 0315454 | E-mail: sac@bioclin.com.br

Produto isento de registro na ANVISA, conforme legislação vigente.

Revisão: Abril/2025

SIMBOLOGÍA UNIVERSAL

	NÚMERO DE CATÁLOGO		FABRICADO POR
	NÚMERO DE LOTE		CONTROLAR
	FECHA DE FABRICACIÓN		CONTROL POSITIVO
	FECHA DE VALIDEZ (último día del mes)		CONTROL NEGATIVO
	LÍMITE DE TEMPERATURA (límite)		RIESGO BIOLÓGICO
	EL CONTENIDO ES SUFICIENTE PARA <10 PRUEBAS		INFLAMABLE
	VER INSTRUCCIONES DE USO		CORROSIVO
	PRODUCTO DE DIAGNÓSTICO IN VITRO		TÓXICO
	PROTEGER DE LUZ Y CALOR		NO UTILICE SI EL EMPAQUE ESTÁ DAÑADO
	NO REUTILICE		PRODUCTO ESTERILIZADO
	PRECAUCIÓN		PELIGRO

BIOÍONS WEEKLY
 CLEANING SOLUTION

REF R11202

USAGE INSTRUCTIONS

TO OBTAIN THE INSTRUCTIONS FOR USE IN PRINTED FORMAT,
AT NO ADDITIONAL COST, CONTACT CUSTOMER ADVISORY SERVICE:

SAC: +55 (31) 3439 5454 / 0800 031 5454 / sac@bioclin.com.br

FUNCTION

Reagent used for weekly cleaning of automatic ion dosing equipment.
For in vitro diagnostic use only.

Suitable for:

Automated ion devices.

REAGENTS

Number 1- Bioions Weekly Cleaning Solution- Store between 5 and 35°C. Contains: Hypochlorite Solution ≤ 1% and Water

PRESENTATION

Presentation	Volume
1	100 mL

TRANSPORTATION AND STORAGE CONDITIONS

The storage and transport temperatures must be between 5 to 35°C. Protect from light and avoid moisture.

SPECIAL CARE

- For *in vitro* diagnostic use only.**
- Strictly follow the methodology proposed to adequate cleansing.
- Water used in material cleaning must be recent and free of contaminants.
- We recommend applying the local, state and federal rules for environmental protection, so that disposal of reagents and biological material can be made in accordance with current legislation.
- To obtain information related to biosafety or in case of accidents with the product, consult the SDS (Safety Data Sheet) available on the website www.bioclin.com.br or upon request by the SAC (Customer Advisory Service) of Quibasa.
- Do not use the product in case of damaged packaging.
- It is essential that the instruments and equipments used are properly calibrated and subjected to periodic maintenance.

PROCESS DESCRIPTION

This reagent must be used in accordance with the specifications in manufacturer's device manual.
For further information of this product contact Customer Services.

BIBLIOGRAPHIC REFERENCES

- QUIBASA: Dados do Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento.
- CARETIUM: Dados do Fabricante.

QUALITY ASSURANCE

Before being released for consumption, all **Bioclin** reagents are tested by the Department of Quality Control. The quality of reagents is assured until expiration date stated on the presentation packaging, when stored and transported under appropriate conditions.

Manufactured by:

CARETIUM MEDICAL INSTRUMENTS Co, Ltd - China

Registered, Imported and Distributed by:

QUIBASA QUÍMICA BÁSICA Ltda

Rua Teles de Menezes, 92 - Santa Branca
CEP 31565-130 - Belo Horizonte - MG - Brasil
Phone.: +55 31 3439.5454 | E-mail: bioclin@bioclin.com.br
CNPJ: 19.400.787/0001-07 - Made in Brazil

CUSTOMER SERVICE

Customer Advisory Service
Phone.: 0800 0315454 | E-mail: sac@bioclin.com.br

Product exempt from ANVISA registration, in accordance with current legislation.

Review: April/2025

UNIVERSAL SYMBOLOGY

	CATALOG NUMBER		MADE BY
	LOT NUMBER		CONTROL
	MANUFACTURING DATE		POSITIVE CONTROL
	VALIDITY DATE (last day of the month)		NEGATIVE CONTROL
	TEMPERATURE LIMIT (store)		BIOLOGICAL RISK
	CONTENT IS SUFFICIENT FOR $\leq n$ TEST		FLAMMABLE
	SEE INSTRUCTIONS FOR USE		COMPETITION
	IN VITRO DIAGNOSTIC PRODUCT		TOXIC
	KEEP AWAY FROM SUNLIGHT		DO NOT USE IF PACKAGE IS DAMAGED
	DO NOT REUSE		PRODUCT STERILIZED
	CAUTION		DANGER