



Certificado de Análise

Controle da Qualidade

Produto: **BIO GENE ZIKA VÍRUS PCR**
Cód. Referência: **K203**
Lote: **21**
Fabricação: **02/2022**
Validade: **02/2023**
Registro ANVISA: **10269360300**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Característica Analisável	Amostra	Resultado Esperado	Resultado Encontrado
CONTROLE NEGATIVO	CONTROLE NEGATIVO	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 01	2022/0248	Positivo	Positivo
SORO HUMANO 02	2022/0747	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 03	2022/0997	Positivo	Positivo

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 25/02/2022

Barbara Cristina Gonçalves

Bárbara Cristina Gonçalves – Farmacêutica

Controle de Qualidade

SAC Serviço de
Assessoria
ao Cliente
0800 031 5454
sac@bioclin.com.br
www.bioclin.com.br

19.400.787/0001-07
QUIBASA - Química Básica Ltda.
Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - CEP 31565-130
BELO HORIZONTE - MG

Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - BH - MG
Brasil - CEP: 31565-130
tel 31 3499 5454
SAC 08000315454
www.bioclin.com.br