



Certificado de Análise

Controle da Qualidade

Produto: **BIOCLIN FAST DENGUE NS1**
Cód. Referência: **K130**
Lote: **51**
Fabricação: **03/2023**
Validade: **08/2024**
Registro ANVISA: **10269360203**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Característica Analisável	Amostra	Resultado Esperado	Resultado Encontrado
SORO HUMANO 01	2692023	Positivo	Positivo
SORO HUMANO 02	2702023	Positivo	Positivo
SORO HUMANO 03	2712023	Positivo	Positivo
SORO HUMANO 04	12142022	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 05	15142022	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 06	14472022	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 07	14482022	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 08	14852022	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 09	14542022	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 10	14452022	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 11	14522022	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 12	14462022	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 13	14532022	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 14	12392022	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 15	14892022	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 16	14722022	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 17	14812022	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 18	14842022	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 19	15032022	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 20	14932022	Negativo	Negativo

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 06/03/2023

Lívia Tereza de Andrade Souza – Bioquímica
Controle de Qualidade

SAC Serviço de
Assessoria
ao Cliente
0800 031 5454
sac@bioclin.com.br
www.bioclin.com.br

19.400.787/0001-07
QUIBASA - Química Básica Ltda.
Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - CEP 31565-130
BELO HORIZONTE - MG

Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - BH - MG
Brasil - CEP: 31565-130
tel 31 3499 5454
SAC 08000315454
www.bioclin.com.br