



Certificado de Análise

Controle da Qualidade

Produto: **BIOCLIN FAST DENGUE NS1**
Cód. Referência: **K130**
Lote: **52**
Fabricação: **04/2023**
Validade: **10/2024**
Registro ANVISA: **10269360203**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Característica Analisável	Amostra	Resultado Esperado	Resultado Encontrado
SORO HUMANO 01	4272023	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 02	4302023	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 03	4252023	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 04	4242023	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 05	4232023	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 06	4222023	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 07	4212023	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 08	4192023	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 09	14732022	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 10	3602023	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 11	14952022	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 12	4202023	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 13	3552023	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 14	4282023	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 15	4182023	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 16	3682023	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 17	2692023	Positivo	Positivo
SORO HUMANO 18	4012023	Positivo	Positivo
SORO HUMANO 19	4032023	Positivo	Positivo
SORO HUMANO 20	2702023	Positivo	Positivo

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 14/04/2023

Lívia Tereza de Andrade Souza – Bioquímica
Controle de Qualidade

SAC Serviço de
Assessoria
ao Cliente
0800 031 5454
sac@bioclin.com.br
www.bioclin.com.br

19.400.787/0001-07
QUIBASA - Química Básica Ltda.
Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - CEP 31565-130
BELO HORIZONTE - MG

Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - BH - MG
Brasil - CEP: 31565-130
tel 31 3499 5454
SAC 08000315454
www.bioclin.com.br