



Certificado de Análise

Controle da Qualidade

Produto: **ACIDO URICO MONOREGENTE**

Cód. Referência: **K139**

Lote: **40**

Fabricação: **02/2023**

Validade: **05/2024**

Registro ANVISA: **10269360228**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Característica Analisável	Amostra	Resultado Esperado	Resultado Encontrado
SORO CONTROLE 01	BIOCONTROL N LOTE 0076	3,500	3,600
SORO CONTROLE 02	BIOCONTROL P LOTE 0057	10,200	10,300
SORO HUMANO 01	14512022	6,000	6,000
SORO HUMANO 02	15082022	2,300	2,367
SORO HUMANO 03	14862022	4,000	4,100
SORO HUMANO 04	15112022	4,100	4,133
SORO HUMANO 05	14832022	3,800	3,900

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 13/02/2023

Barbara Cristina Gonçalves

Bárbara Cristina Gonçalves – Farmacêutica

Controle de Qualidade

SAC Serviço de
Assessoria
ao Cliente
0800 031 5454
sac@bioclin.com.br
www.bioclin.com.br

19.400.787/0001-07
QUIBASA - Química Básica Ltda.
Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - CEP 31565-130
BELO HORIZONTE - MG

Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - BH - MG
Brasil - CEP: 31565-130
tel 31 3499 5454
SAC 08000315454
www.bioclin.com.br