



Certificado de Análise

Controle da Qualidade

Produto: **ACIDO URICO MONOREGENTE**

Cód. Referência: **K139**

Lote: **41**

Fabricação: **04/2023**

Validade: **07/2024**

Registro ANVISA: **10269360228**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Característica Analisável	Amostra	Resultado Esperado	Resultado Encontrado
SORO CONTROLE 01	BIOCONTROL N LOTE 0077	3,500	3,700
SORO CONTROLE 02	BIOCONTROL P LOTE 0058	10,200	10,367
SORO HUMANO 01	3692023	5,433	5,333
SORO HUMANO 02	3702023	2,400	2,433
SORO HUMANO 03	3712023	4,000	4,000
SORO HUMANO 04	3722023	3,800	3,800
SORO HUMANO 05	3732023	6,400	6,400
SORO HUMANO 06	4342023	4,933	4,900
SORO HUMANO 07	3482023	3,700	3,633
SORO HUMANO 08	4232023	1,900	1,900
SORO HUMANO 09	3582023	4,100	4,033
SORO HUMANO 10	4212023	2,300	2,300

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 10/05/2023

Barbara Cristina Gonçalves

Barbara Cristina Gonçalves – Farmacêutica

Controle de Qualidade

SAC Serviço de
Assessoria
ao Cliente
0800 031 5454
sac@bioclin.com.br
www.bioclin.com.br

19.400.787/0001-07
QUIBASA - Química Básica Ltda.
Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - CEP 31565-130
BELO HORIZONTE - MG

Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - BH - MG
Brasil - CEP: 31565-130
tel 31 3499 5454
SAC 08000315454
www.bioclin.com.br