



Certificado de Análise

Controle da Qualidade

Produto: **ACIDO URICO MONOREGENTE**
Cód. Referência: **K139**
Lote: **42**
Fabricação: **08/2023**
Validade: **11/2024**
Registro ANVISA: **10269360228**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Característica Analisável	Amostra	Resultado Esperado	Resultado Encontrado
SORO CONTROLE 01	BIOCONTROL N LOTE 0079	3,100	3,000
SORO CONTROLE 02	BIOCONTROL P LOTE 0059	10,500	10,267
SORO HUMANO 01	7582023	6,200	6,000
SORO HUMANO 02	7512023	5,833	5,933
SORO HUMANO 03	7442023	4,867	4,900
SORO HUMANO 04	7282023	4,800	4,867
SORO HUMANO 05	7052023	4,533	4,233
SORO HUMANO 06	6952023	2,333	2,300
SORO HUMANO 07	6932023	5,300	5,467
SORO HUMANO 08	6772023	4,633	4,633
SORO HUMANO 09	6762023	4,033	4,100
SORO HUMANO 10	5592023	6,133	5,633

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 31/08/2023

Barbara Cristina Gonçalves

Barbara Cristina Gonçalves – Farmacêutica

Controle de Qualidade

SAC Serviço de
Assessoria
ao Cliente
0800 031 5454
sac@bioclin.com.br
www.bioclin.com.br

19.400.787/0001-07
QUIBASA - Química Básica Ltda.
Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - CEP 31565-130
BELO HORIZONTE - MG

Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - BH - MG
Brasil - CEP: 31565-130
tel 31 3499 5454
SAC 08000315454
www.bioclin.com.br