



Certificado de Análise

Controle da Qualidade

Produto: **ALBUMINA MONOREAGENTE**
Cód. Referência: **K040**
Lote: **140**
Fabricação: **11/2022**
Validade: **11/2024**
Registro ANVISA: **10269360114**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Característica Analisável	Amostra	Resultado Esperado	Resultado Encontrado
SORO CONTROLE 01	BIOCONTROL N LOTE 0075	3,500	3,500
SORO CONTROLE 02	BIOCONTROL P LOTE 0056	4,900	5,033
SORO HUMANO 01	10872022	3,133	3,233
SORO HUMANO 02	11082022	3,967	3,967
SORO HUMANO 03	10862022	4,700	4,933
SORO HUMANO 04	10952022	2,933	3,033
SORO HUMANO 05	11012022	4,167	4,300

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 18/11/2022

Barbara Cristina Gonçalves

Barbara Cristina Gonçalves – Farmacêutica

Controle de Qualidade

SAC Serviço de
Assessoria
ao Cliente
0800 031 5454
sac@bioclin.com.br
www.bioclin.com.br

19.400.787/0001-07
QUIBASA - Química Básica Ltda.
Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - CEP 31565-130
BELO HORIZONTE - MG

Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - BH - MG
Brasil - CEP: 31565-130
tel 31 3499 5454
SAC 08000315454
www.bioclin.com.br