



Certificado de Análise

Controle da Qualidade

Produto: **ALBUMINA MONOREAGENTE**
Cód. Referência: **K040**
Lote: **142**
Fabricação: **05/2023**
Validade: **05/2025**
Registro ANVISA: **10269360114**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Característica Analisável	Amostra	Resultado Esperado	Resultado Encontrado
SORO CONTROLE 01	BIOCONTROL N LOTE 0077	3,500	3,433
SORO CONTROLE 02	BIOCONTROL P LOTE 0058	4,900	4,900
SORO HUMANO 01	5392023	3,700	3,533
SORO HUMANO 02	5402023	2,700	2,600
SORO HUMANO 03	5412023	4,000	3,900
SORO HUMANO 04	5422023	3,400	3,200
SORO HUMANO 05	5432023	2,967	2,800
SORO HUMANO 06	5442023	3,767	3,600
SORO HUMANO 07	5452023	2,600	2,500
SORO HUMANO 08	5462023	3,500	3,400
SORO HUMANO 09	5472023	4,267	4,100
SORO HUMANO 10	5582023	2,700	2,600

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 02/06/2023

Lívia Tereza de Andrade Souza – Bioquímica
Controle de Qualidade

SAC Serviço de
Assessoria
ao Cliente
0800 031 5454
sac@bioclin.com.br
www.bioclin.com.br

19.400.787/0001-07
QUIBASA - Química Básica Ltda.
Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - CEP 31565-130
BELO HORIZONTE - MG

Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - BH - MG
Brasil - CEP: 31565-130
tel 31 3499 5454
SAC 08000315454
www.bioclin.com.br