

## Certificado de Análise

### Controle da Qualidade

Produto: **ALFA 1 GLICOPROTEÍNA ÁCIDA DEDICADO**  
Cód. Referência: **K060**  
Lote: **48.2**  
Fabricação: **08/2022**  
Validade: **08/2024**  
Registro ANVISA: **10269360061**

#### RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Característica Analisável	Amostra	Resultado Esperado	Resultado Encontrado
SCTURB 01	MULTICONTROL 1 LOTE 0009	43,90 (37,3 - 50,5)	42,2

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 28/03/2023

Lívia Tereza de Andrade Souza – Bioquímica  
Controle de Qualidade