



Certificado de Análise

Controle da Qualidade

Produto: **ALFA 1 GLICOPROTEÍNA ÁCIDA**
Cód. Referência: **K060**
Lote: **48**
Fabricação: **08/2022**
Validade: **08/2024**
Registro ANVISA: **10269360061**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Característica Analisável	Amostra	Resultado Esperado	Resultado Encontrado
SCTURB 01	MULTICONTROL 1 LOTE 0008	40,500	43,967
SCTURB 02	MULTICONTROL 2 LOTE 0007	81,900	86,500
SORO HUMANO 01	5882022	110,200	120,033
SORO HUMANO 02	5962022	124,733	124,833
SORO HUMANO 03	7292022	141,633	138,167
SORO HUMANO 04	7302022	221,233	221,267
SORO HUMANO 05	7312022	224,250	221,833

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 30/08/2022

Barbara Cristina Gonçalves

Bárbara Cristina Gonçalves – Farmacêutica

Controle de Qualidade

SAC Serviço de
Assessoria
ao Cliente
0800 031 5454
sac@bioclin.com.br
www.bioclin.com.br

19.400.787/0001-07
QUIBASA - Química Básica Ltda.
Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - CEP 31565-130
BELO HORIZONTE - MG

Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - BH - MG
Brasil - CEP: 31565-130
tel 31 3499 5454
SAC 08000315454
www.bioclin.com.br