



Certificado de Análise

Controle da Qualidade

Produto: **ALFA 1 GLICOPROTEÍNA ÁCIDA**
Cód. Referência: **K060**
Lote: **49**
Fabricação: **05/2023**
Validade: **05/2025**
Registro ANVISA: **10269360061**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Característica Analisável	Amostra	Resultado Esperado	Resultado Encontrado
SCTURB 01	MULTICONTROL 1 LOTE 0009	43,900	43,300
SCTURB 02	MULTICONTROL 2 LOTE 0008	87,900	86,333
SORO HUMANO 01	5392023	87,200	88,367
SORO HUMANO 02	5402023	98,130	99,633
SORO HUMANO 03	5422023	92,170	89,133
SORO HUMANO 04	5432023	104,070	106,100
SORO HUMANO 05	5442023	108,030	104,567

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 25/05/2023

Livia Tereza de Andrade Souza – Bioquímica
Controle de Qualidade

SAC Serviço de
Assessoria
ao Cliente
0800 031 5454
sac@bioclin.com.br
www.bioclin.com.br

19.400.787/0001-07
QUIBASA - Química Básica Ltda.
Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - CEP 31565-130
BELO HORIZONTE - MG

Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - BH - MG
Brasil - CEP: 31565-130
tel 31 3499 5454
SAC 08000315454
www.bioclin.com.br