

Certificado de Análise

CERTIFICADO DE ANÁLISIS / CERTIFICATE OF ANALYSIS

PRODUTO/ Producto / Product: **ALFA 1 GLICOPROTEÍNA ÁCIDA/ALFA 1 GLICOPROTEÍNA ÁCIDA/ALPHA-1-ACID GLYCOPROTEIN**

REFERÊNCIA/ Referencia/ Reference: **K060**

LOTE/Lot: **53**

FABRICAÇÃO/ Fabricación (Mes/Año) /Manufacturing (Month/Year): **05/2025**

VALIDADE/ Fecha de caducidad (Mes/Año) / Expiration date (Month/Year): **05/2027**

REGISTRO NA ANVISA/Anvisa Brazil: **10269360061**

Controle de Qualidade do Produto

CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO / PRODUCT QUALITY CONTROL

Parâmetros Parametros / Parameter:	Faixa aceitável Rango aceptable / Acceptable range:	Resultados do lote Resultados por lotes / Lot results:
ANÁLISE FUNCIONAL ANÁLISIS FUNCIONAL/FUNCTIONAL ANALYSIS	Dentro dos limites internos Dentro de límites internos/Within internal limits	CONFORME De acuerdo/According
ASPECTOS VISUAIS ASPECTOS VISUALES/VISUAL ASPECTS	Dentro dos limites internos Dentro de límites internos/Within internal limits	CONFORME De acuerdo/According
CONTROLE NÍVEL 1 CONTROL DE NIVEL 1/LEVEL 1 CONTROL	Dentro dos limites internos Dentro de límites internos/Within internal limits	CONFORME De acuerdo/According
CONTROLE NÍVEL 2 CONTROL DE NIVEL 2/LEVEL 2 CONTROL	Dentro dos limites internos Dentro de límites internos/Within internal limits	CONFORME De acuerdo/According

NOTE TO ENGLISH READERS: Consider dot (.) as a decimal separator in place of comma (,) on the numbers above.

Data/Fecha (Dia/Mes/Año)/Date (Day/Month/Year): 19/05/2025



Bárbara Cristina Gonçalves – Farmacêutica

Controle de Qualidade

Controle de Qualidade Bioclin/Control de la Calidad Bioclin/ Bioclin Quality Control

SAC Serviço de Assessoria ao Cliente
0800 031 5454
sac@bioclin.com.br
www.bioclin.com.br19.400.787/0001-07
QUIBASA - Química Básica Ltda.
Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - CEP 31565-130
BELO HORIZONTE - MG