



Certificado de Análise

Controle da Qualidade

Produto: **AMILASE CINÉTICA**
Cód. Referência: **K046**
Lote: **60**
Fabricação: **03/2022**
Validade: **03/2024**
Registro ANVISA: **10269360079**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Característica Analisável	Amostra	Resultado Esperado	Resultado Encontrado
SORO CONTROLE 01	BIOCONTROL N LOTE 0073	71,000	70,333
SORO CONTROLE 02	BIOCONTROL P LOTE 0056	623,000	644,333
SORO HUMANO 01	2802022	148,333	145,000
SORO HUMANO 02	15502021	65,667	64,000
SORO HUMANO 03	2902022	72,000	69,333
SORO HUMANO 04	3112022	38,667	38,000
SORO HUMANO 05	2662022	49,333	48,000

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 19/04/2022

Barbara Cristina Gonçalves

Barbara Cristina Gonçalves – Farmacêutica

Controle de Qualidade

SAC Serviço de
Assessoria
ao Cliente
0800 031 5454
sac@bioclin.com.br
www.bioclin.com.br

19.400.787/0001-07
QUIBASA - Química Básica Ltda.
Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - CEP 31565-130
BELO HORIZONTE - MG

Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - BH - MG
Brasil - CEP: 31565-130
tel 31 3499 5454
SAC 08000315454
www.bioclin.com.br