



## Certificado de Análise

### Controle da Qualidade

Produto: **AMILASE CINÉTICA**  
Cód. Referência: **K046**  
Lote: **61**  
Fabricação: **07/2022**  
Validade: **07/2024**  
Registro ANVISA: **10269360079**

#### RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

| Característica Analisável | Amostra                | Resultado Esperado | Resultado Encontrado |
|---------------------------|------------------------|--------------------|----------------------|
| SORO CONTROLE 01          | BIOCONTROL N LOTE 0074 | 71,000             | 73,000               |
| SORO CONTROLE 02          | BIOCONTROL P LOTE 0056 | 623,000            | 644,333              |
| SORO HUMANO 01            | 5692022                | 100,000            | 97,333               |
| SORO HUMANO 02            | 5742022                | 57,333             | 56,000               |
| SORO HUMANO 03            | 5762022                | 35,000             | 34,333               |
| SORO HUMANO 04            | 5792022                | 93,000             | 90,333               |
| SORO HUMANO 05            | 5802022                | 77,667             | 75,333               |

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 25/07/2022

*Barbara Cristina Gonçalves*

Barbara Cristina Gonçalves – Farmacêutica

Controle de Qualidade

**SAC** Serviço de  
Assessoria  
ao Cliente  
**0800 031 5454**  
sac@bioclin.com.br  
www.bioclin.com.br

19.400.787/0001-07  
QUIBASA - Química Básica Ltda.  
Rua Teles de Menezes, 92  
Santa Branca - CEP 31565-130  
BELO HORIZONTE - MG

Rua Teles de Menezes, 92  
Santa Branca - BH - MG  
Brasil - CEP: 31565-130  
tel 31 3499 5454  
SAC 08000315454  
www.bioclin.com.br