



Certificado de Análise

Controle da Qualidade

Produto: **AMILASE CINÉTICA**
Cód. Referência: **K046**
Lote: **62**
Fabricação: **04/2023**
Validade: **04/2025**
Registro ANVISA: **10269360079**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Característica Analisável	Amostra	Resultado Esperado	Resultado Encontrado
SORO CONTROLE 01	BIOCONTROL N LOTE 0077	75,000	72,333
SORO CONTROLE 02	BIOCONTROL P LOTE 0058	650,000	653,667
SORO HUMANO 01	3662023	53,000	60,000
SORO HUMANO 02	3612023	48,333	43,667
SORO HUMANO 03	3562023	73,667	77,667
SORO HUMANO 04	3672023	40,333	42,000
SORO HUMANO 05	3492023	1282,000	1309,000
SORO HUMANO 06	14462022	88,333	92,667
SORO HUMANO 07	14932022	132,333	138,667
SORO HUMANO 08	14812022	138,000	142,000

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 13/04/2023

Livia Tereza de Andrade Souza – Bioquímica
Controle de Qualidade

SAC Serviço de
Assessoria
ao Cliente
0800 031 5454
sac@bioclin.com.br
www.bioclin.com.br



Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - BH - MG
Brasil - CEP: 31565-130
tel 31 3499 5454
SAC 08000315454
www.bioclin.com.br