



Certificado de Análise

Controle da Qualidade

Produto: **AMILASE CINÉTICA**
Cód. Referência: **K046**
Lote: **63**
Fabricação: **09/2023**
Validade: **09/2025**
Registro ANVISA: **10269360079**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Característica Analisável	Amostra	Resultado Esperado	Resultado Encontrado
SORO CONTROLE 01	BIOCONTROL N LOTE 0079	81,000	77,333
SORO CONTROLE 02	BIOCONTROL P LOTE 0059	658,000	649,000
SORO HUMANO 01	11612023	167,333	164,000
SORO HUMANO 02	11622023	81,000	79,667
SORO HUMANO 03	11632023	122,000	118,333
SORO HUMANO 04	11642023	65,000	64,333
SORO HUMANO 05	11652023	55,667	54,000
SORO HUMANO 06	11662023	87,000	84,333
SORO HUMANO 07	11672023	63,667	60,667
SORO HUMANO 08	11682023	135,333	131,333
SORO HUMANO 09	11692023	67,667	65,000
SORO HUMANO 10	11702023	160,000	154,667

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 27/09/2023

Barbara Cristina Gonçalves

Barbara Cristina Gonçalves – Farmacêutica

Controle de Qualidade

SAC Serviço de
Assessoria
ao Cliente
0800 031 5454
sac@bioclin.com.br
www.bioclin.com.br

19.400.787/0001-07
QUIBASA - Química Básica Ltda.
Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - CEP 31565-130
BELO HORIZONTE - MG

Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - BH - MG
Brasil - CEP: 31565-130
tel 31 3499 5454
SAC 08000315454
www.bioclin.com.br