

Certificado de Análise - Controle da Qualidade

PRODUTO: **BIOLISA TOXOPLASMOSE IGM DBS**

CÓDIGO REFERÊNCIA: **K270**

LOTE: **2**

FABRICAÇÃO: **03/2023**

VALIDADE: **03/2024**

REGISTRO NA ANVISA: **10269360387**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

CARACTERÍSTICA ANALISÁVEL	AMOSTRA	RESULTADO ESPERADO	RESULTADO ENCONTRADO
PAPEL FILTRO 01	2992023	Positivo	Positivo
PAPEL FILTRO 02	3002023	Positivo	Positivo
PAPEL FILTRO 03	3012023	Positivo	Positivo
PAPEL FILTRO 04	3022023	Positivo	Positivo
PAPEL FILTRO 05	3032023	Positivo	Positivo
PAPEL FILTRO 06	3042023	Positivo	Positivo
PAPEL FILTRO 07	3052023	Positivo	Positivo
PAPEL FILTRO 08	3062023	Positivo	Positivo
PAPEL FILTRO 09	3072023	Positivo	Positivo
PAPEL FILTRO 10	3082023	Positivo	Positivo
PAPEL FILTRO 11	3182023	Negativo	Negativo
PAPEL FILTRO 12	3192023	Negativo	Negativo
PAPEL FILTRO 13	3202023	Negativo	Negativo
PAPEL FILTRO 14	3212023	Negativo	Negativo
PAPEL FILTRO 15	3222023	Negativo	Negativo
PAPEL FILTRO 16	3232023	Negativo	Negativo
PAPEL FILTRO 17	3242023	Negativo	Negativo
PAPEL FILTRO 18	3252023	Negativo	Negativo
PAPEL FILTRO 19	3262023	Negativo	Negativo
PAPEL FILTRO 20	3272023	Negativo	Negativo

Verificar a fórmula do cálculo cut-off descrita na instrução de uso do produto.

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 03/04/2023

Barbara Cristina Gonçalves

Bárbara Cristina Gonçalves – Farmacêutica

Controle de Qualidade