



Certificado de Análise

Controle da Qualidade

Produto: **BIOLISA TOXOPLASMOSE IGM DBS**
Cód. Referência: **K270**
Lote: **1**
Fabricação: **03/2023**
Validade: **03/2024**
Registro ANVISA: **10269360387**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Característica Analisável	Amostra	Resultado Esperado	Resultado Encontrado
SORO HUMANO 01	2992023	Positivo	Positivo
SORO HUMANO 02	3002023	Positivo	Positivo
SORO HUMANO 03	3012023	Positivo	Positivo
SORO HUMANO 04	3022023	Positivo	Positivo
SORO HUMANO 05	3032023	Positivo	Positivo
SORO HUMANO 06	3042023	Positivo	Positivo
SORO HUMANO 07	3052023	Positivo	Positivo
SORO HUMANO 08	3062023	Positivo	Positivo
SORO HUMANO 09	3072023	Positivo	Positivo
SORO HUMANO 10	3082023	Positivo	Positivo
SORO HUMANO 11	3182023	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 12	3192023	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 13	3202023	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 14	3212023	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 15	3222023	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 16	3232023	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 17	3242023	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 18	3252023	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 19	3262023	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 20	3272023	Negativo	Negativo

Verificar a fórmula do cálculo do cut-off descrita na instrução de uso do produto.

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 21/03/2023

Barbara Cristina Gonçalves

Bárbara Cristina Gonçalves – Farmacêutica

Controle de Qualidade

SAC Serviço de
Assessoria
ao Cliente
0800 031 5454
sac@bioclin.com.br
www.bioclin.com.br

19.400.787/0001-07
QUIBASA - Química Básica Ltda.
Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - CEP 31565-130
BELO HORIZONTE - MG

Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - BH - MG
Brasil - CEP: 31565-130
tel 31 3499 5454
SAC 08000315454
www.bioclin.com.br