



Certificado de Análise

Controle da Qualidade

Produto: **BIOLISA TOXOPLASMOSE IGM DBS**

Cód. Referência: **K270**

Lote: **5**

Fabricação: **05/2023**

Validade: **05/2024**

Registro ANVISA: **10269360387**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Característica Analisável	Amostra	Resultado Esperado	Resultado Encontrado
PAPEL FILTRO 01	3032023	Positivo	Positivo
PAPEL FILTRO 02	3042023	Positivo	Positivo
PAPEL FILTRO 03	3052023	Positivo	Positivo
PAPEL FILTRO 04	3062023	Positivo	Positivo
PAPEL FILTRO 05	3072023	Positivo	Positivo
PAPEL FILTRO 06	3082023	Positivo	Positivo
PAPEL FILTRO 07	3092023	Positivo	Positivo
PAPEL FILTRO 08	3102023	Positivo	Positivo
PAPEL FILTRO 09	3112023	Positivo	Positivo
PAPEL FILTRO 10	3122023	Positivo	Positivo
PAPEL FILTRO 11	3302023	Negativo	Negativo
PAPEL FILTRO 12	3312023	Negativo	Negativo
PAPEL FILTRO 13	3322023	Negativo	Negativo
PAPEL FILTRO 14	3332023	Negativo	Negativo
PAPEL FILTRO 15	3342023	Negativo	Negativo
PAPEL FILTRO 16	3352023	Negativo	Negativo
PAPEL FILTRO 17	3362023	Negativo	Negativo
PAPEL FILTRO 18	3372023	Negativo	Negativo
PAPEL FILTRO 19	3382023	Negativo	Negativo
PAPEL FILTRO 20	3392023	Negativo	Negativo

Verificar a fórmula do cálculo do cut-off descrita na instrução de uso do produto.

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: **29/05/2023**

Lívia Tereza de Andrade Souza – Bioquímica
Controle de Qualidade

SAC Serviço de
Assessoria
ao Cliente
0800 031 5454
sac@bioclin.com.br
www.bioclin.com.br

19.400.787/0001-07
QUIBASA - Química Básica Ltda.
Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - CEP 31565-130
BELO HORIZONTE - MG

Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - BH - MG
Brasil - CEP: 31565-130
tel 31 3499 5454
SAC 08000315454
www.bioclin.com.br