

PRODUTO: **CREATININA CINÉTICA**

CÓDIGO REFERÊNCIA: **K067**

LOTE: **89**

FABRICAÇÃO: **07/2023**

VALIDADE: **06/2025**

REGISTRO NA ANVISA: **10269360201**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

CARACTERÍSTICA ANALISÁVEL	AMOSTRA	RESULTADO ESPERADO	RESULTADO ENCONTRADO
SORO CONTROLE 01	BIOCONTROL N LOTE 0079	1,25	1,22
SORO CONTROLE 02	BIOCONTROL P LOTE 0059	4,29	4,23
SORO HUMANO 01	10932023	0,98	0,97
SORO HUMANO 02	10942023	0,74	0,73
SORO HUMANO 03	10952023	0,96	0,97
SORO HUMANO 04	10962023	2,40	2,5
SORO HUMANO 05	10972023	1,30	1,22
URINA HUMANA 01	9312023	44,3	46,3
URINA HUMANA 02	9322023	50,0	52,5
URINA HUMANA 03	9332023	179,5	201,3
URINA HUMANA 04	9342023	95,0	98,8
URINA HUMANA 05	9352023	153,8	160,5

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 21/08/2023

Barbara Cristina Gonçalves

Bárbara Cristina Gonçalves – Farmacêutica

Controle de Qualidade