

Certificado de Análise - Controle da Qualidade

PRODUTO: **GIARDIA AG VET FAST**

CÓDIGO REFERÊNCIA: **VET002**

LOTE: **1/23**

FABRICAÇÃO: **06/2023**

VALIDADE: **05/2025**

REGISTRO MAPA: **10.317/2020**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

CARACTERÍSTICA ANALISÁVEL	AMOSTRA	RESULTADO ESPERADO	RESULTADO ENCONTRADO
AMOSTRA VET 01	2021/1402	POSITIVO	POSITIVO
AMOSTRA VET 02	2021/1423	POSITIVO	POSITIVO
AMOSTRA VET 03	2021/0699	POSITIVO	POSITIVO
AMOSTRA VET 04	2021/0798	POSITIVO	POSITIVO
AMOSTRA VET 05	2021/1046	POSITIVO	POSITIVO
AMOSTRA VET 06	2021/1128	NEGATIVO	NEGATIVO
AMOSTRA VET 07	2021/0061	NEGATIVO	NEGATIVO
AMOSTRA VET 08	2021/1255	NEGATIVO	NEGATIVO
AMOSTRA VET 09	V1742020	NEGATIVO	NEGATIVO
AMOSTRA VET 10	V0152020	NEGATIVO	NEGATIVO

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 07/06/2023



Livia Tereza de Andrade Souza – Bioquímica

Controle de Qualidade