

PRODUTO: **MICROALBUMINÚRIA**

CÓDIGO REFERÊNCIA: **K078**

LOTE: **39.1**

FABRICAÇÃO: **01/2023**

VALIDADE: **01/2025**

REGISTRO NA ANVISA: **10269360206**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

CARACTERÍSTICA ANALISÁVEL	AMOSTRA	RESULTADO ESPERADO	RESULTADO ENCONTRADO
CONTROLE MICROALBUMINÚRIA	CONTROLE MICROALBUMINÚRIA LOTE 0039	26,6	27,2

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 30/06/2023


Bárbara Cristina Gonçalves – Farmacêutica
Controle de Qualidade