



Certificado de Análise

CERTIFICADO DE ANÁLISIS / CERTIFICATE OF ANALYSIS

PRODUTO/ Producto / Product: **URÉIA UV/UREA UV/UREA UV**

REFERÊNCIA/ Referencia/ Reference: **K317**

LOTE/Lot: **3**

FABRICAÇÃO/ Fabricación (Mes/Año) /Manufacturing (Month/Year): **11/2025**

VALIDADE/ Fecha de caducidad (Mes/Año) / Expiration date (Month/Year): **02/2027**

REGISTRO NA ANVISA/Anvisa Brazil: **10269360383**

Controle de Qualidade do Produto

CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO / PRODUCT QUALITY CONTROL

| Parâmetros Parametros / Parameter: | Faixa aceitável Rango aceptable / Acceptable range: | Resultados do lote Resultados por lotes / Lot results: |
|---|---|---|
| ANÁLISE FUNCIONAL ANÁLISIS FUNCIONAL/FUNCTIONAL ANALYSIS | Dentro dos limites internos Dentro de límites internos/Within internal limits | CONFORME De acuerdo/According |
| ASPECTOS VISUAIS ASPECTOS VISUALES/VISUAL ASPECTS | Dentro dos limites internos Dentro de límites internos/Within internal limits | CONFORME De acuerdo/According |
| LINEARIDADE LINEALIDAD/LINEARITY | Dentro dos limites internos Dentro de límites internos/Within internal limits | CONFORME De acuerdo/According |
| FATOR DE CALIBRAÇÃO FACTOR DE CALIBRACIÓN /CALIBRATION FACTOR | Dentro dos limites internos Dentro de límites internos/Within internal limits | 0,0487 |
| CONTROLE NÍVEL 1 CONTROL DE NIVEL 1/LEVEL 1 CONTROL | Dentro dos limites internos Dentro de límites internos/Within internal limits | CONFORME De acuerdo/According |
| CONTROLE NÍVEL 2 CONTROL DE NIVEL 2/LEVEL 2 CONTROL | Dentro dos limites internos Dentro de límites internos/Within internal limits | CONFORME De acuerdo/According |

NOTE TO ENGLISH READERS: Consider dot (.) as a decimal separator in place of comma (,) on the numbers above.
Data/Fecha (Dia/Mes/Año)/Date (Day/Month/Year): 29/11/2025

Lívia Souza

Lívia Tereza de Andrade Souza – Bioquímica
Controle de Qualidade

Controle de Qualidade Bioclin/Control de la Calidad Bioclin/ Bioclin Quality Control

SAC Serviço de
Assessoria
ao Cliente
0800 031 5454
sac@bioclin.com.br
www.bioclin.com.br

19.400.787/0001-07
QUIBASA - Química Básica Ltda.
Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - CEP 31565-130
BELO HORIZONTE - MG