



## Certificado de Análise

### Controle da Qualidade

Produto: **ANTI ESTREPTOLISINA O**

Cód. Referência: **K057**

Lote: **61**

Fabricação: **09/2022**

Validade: **02/2024**

Registro ANVISA: **10269360067**

#### RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

| Característica Analisável | Amostra                  | Resultado Esperado | Resultado Encontrado |
|---------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|
| SCTURB 01                 | MULTICONTROL 1 LOTE 0008 | 141,500            | 136,067              |
| SCTURB 02                 | MULTICONTROL 2 LOTE 0007 | 309,600            | 292,067              |
| SORO HUMANO 01            | 10312022                 | 49,230             | 41,900               |
| SORO HUMANO 02            | 10282022                 | 196,250            | 216,233              |
| SORO HUMANO 03            | 10252022                 | 87,710             | 81,700               |
| SORO HUMANO 04            | 10272022                 | 18,590             | 17,567               |
| SORO HUMANO 05            | 10302022                 | 106,020            | 105,567              |

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 22/09/2022

Lívia Tereza de Andrade Souza – Bioquímica  
Controle de Qualidade

**SAC** Serviço de  
Assessoria  
ao Cliente  
**0800 031 5454**  
sac@bioclin.com.br  
www.bioclin.com.br



Rua Teles de Menezes, 92  
Santa Branca - BH - MG  
Brasil - CEP: 31565-130  
tel 31 3499 5454  
SAC 08000315454  
www.bioclin.com.br