



Certificado de Análise

Controle da Qualidade

Produto: **ANTI ESTREPTOLISINA O**

Cód. Referência: **K057**

Lote: **62**

Fabricação: **05/2023**

Validade: **12/2024**

Registro ANVISA: **10269360067**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Característica Analisável	Amostra	Resultado Esperado	Resultado Encontrado
SCTURB 01	MULTICONTROL 1 LOTE 0009	151,600	145,900
SCTURB 02	MULTICONTROL 2 LOTE 0008	324,900	308,200
SORO HUMANO 01	7002023	165,933	160,467
SORO HUMANO 02	7012023	117,500	117,233
SORO HUMANO 03	6892023	222,067	217,700
SORO HUMANO 04	7112023	48,767	48,733
SORO HUMANO 05	7402023	149,700	147,667

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 12/06/2023

Livia Tereza de Andrade Souza – Bioquímica
Controle de Qualidade

SAC Serviço de
Assessoria
ao Cliente
0800 031 5454
sac@bioclin.com.br
www.bioclin.com.br



Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - BH - MG
Brasil - CEP: 31565-130
tel 31 3499 5454
SAC 08000315454
www.bioclin.com.br