



Certificado de Análise

Controle da Qualidade

Produto: **ANTI ESTREPTOLISINA O**
Cód. Referência: **K057**
Lote: **63**
Fabricação: **08/2023**
Validade: **03/2025**
Registro ANVISA: **10269360067**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Característica Analisável	Amostra	Resultado Esperado	Resultado Encontrado
SCTURB 01	MULTICONTROL 1 LOTE 0009	151,600	150,900
SCTURB 02	MULTICONTROL 2 LOTE 0008	324,900	320,667
SORO HUMANO 01	3432023	145,300	157,700
SORO HUMANO 02	3572023	26,500	24,433
SORO HUMANO 03	4252023	68,400	72,200
SORO HUMANO 04	5472023	220,800	226,467
SORO HUMANO 05	5482023	102,700	104,433

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 24/08/2023

Barbara Cristina Gonçalves

Barbara Cristina Gonçalves – Farmacêutica

Controle de Qualidade

SAC Serviço de
Assessoria
ao Cliente
0800 031 5454
sac@bioclin.com.br
www.bioclin.com.br

19.400.787/0001-07
QUIBASA - Química Básica Ltda.
Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - CEP 31565-130
BELO HORIZONTE - MG

Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - BH - MG
Brasil - CEP: 31565-130
tel 31 3499 5454
SAC 08000315454
www.bioclin.com.br