



Certificado de Análise

Controle da Qualidade

Produto: **BILIRRUBINA CALIBRAÇÃO**
Cód. Referência: **K006**
Lote: **133**
Fabricação: **06/2023**
Validade: **05/2025**
Registro ANVISA: **10269360090**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Característica Analisável	Amostra	Resultado Esperado	Resultado Encontrado
ABSORBÂNCIA PADRÃO BILIRRUBINA	PADRÃO BILIRRUBINA	0,480	0,482

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 16/06/2023

Lívia Tereza de Andrade Souza – Bioquímica
Controle de Qualidade

SAC Serviço de
Assessoria
ao Cliente
0800 031 5454
sac@bioclin.com.br
www.bioclin.com.br

19.400.787/0001-07
QUIBASA - Química Básica Ltda.
Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - CEP 31565-130
BELO HORIZONTE - MG

Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - BH - MG
Brasil - CEP: 31565-130
tel 31 3499 5454
SAC 08000315454
www.bioclin.com.br