



Certificado de Análise

Controle da Qualidade

Produto: **BILIRRUBINA DIRETA AUTOMAÇÃO**
Cód. Referência: **K107**
Lote: **49**
Fabricação: **10/2022**
Validade: **04/2024**
Registro ANVISA: **10269360176**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Característica Analisável	Amostra	Resultado Esperado	Resultado Encontrado
SORO CONTROLE 01	BIOCONTROL N LOTE 0075	0,630	0,683
SORO CONTROLE 02	BIOCONTROL P LOTE 0056	1,030	1,287
SORO HUMANO 01	9962022	1,080	1,050
SORO HUMANO 02	9982022	0,750	0,740
SORO HUMANO 03	11032022	0,300	0,283
SORO HUMANO 04	11042022	0,407	0,507
SORO HUMANO 05	11062022	5,630	5,140

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 19/10/2022

Lívia Tereza de Andrade Souza – Bioquímica
Controle de Qualidade

SAC Serviço de
Assessoria
ao Cliente
0800 031 5454
sac@bioclin.com.br
www.bioclin.com.br

19.400.787/0001-07
QUIBASA - Química Básica Ltda.
Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - CEP 31565-130
BELO HORIZONTE - MG

Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - BH - MG
Brasil - CEP: 31565-130
tel 31 3499 5454
SAC 08000315454
www.bioclin.com.br