



Certificado de Análise

Controle da Qualidade

Produto: **BILIRRUBINA DIRETA AUTOMAÇÃO**

Cód. Referência: **K107**

Lote: **50**

Fabricação: **01/2023**

Validade: **07/2024**

Registro ANVISA: **10269360176**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Característica Analisável	Amostra	Resultado Esperado	Resultado Encontrado
SORO CONTROLE 01	BIOCONTROL N LOTE 0076	0,630	0,573
SORO CONTROLE 02	BIOCONTROL P LOTE 0057	1,040	0,660
SORO HUMANO 01	12482022	0,480	0,450
SORO HUMANO 02	12492022	1,570	1,640
SORO HUMANO 03	12502022	5,270	5,603
SORO HUMANO 04	12512022	4,810	4,903
SORO HUMANO 05	12522022	0,740	0,807

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 02/02/2023

Barbara Cristina Gonçalves

Barbara Cristina Gonçalves – Farmacêutica

Controle de Qualidade

SAC Serviço de
Assessoria
ao Cliente
0800 031 5454
sac@bioclin.com.br
www.bioclin.com.br

19.400.787/0001-07
QUIBASA - Química Básica Ltda.
Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - CEP 31565-130
BELO HORIZONTE - MG

Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - BH - MG
Brasil - CEP: 31565-130
tel 31 3499 5454
SAC 08000315454
www.bioclin.com.br