



## Certificado de Análise

### Controle da Qualidade

Produto: **BILIRRUBINA DIRETA AUTOMAÇÃO DEDICADO**

Cód. Referência: **K107**

Lote: **52**

Fabricação: **06/2023**

Validade: **12/2024**

Registro ANVISA: **10269360176**

#### RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

| Característica Analisável | Amostra                | Resultado Esperado | Resultado Encontrado |
|---------------------------|------------------------|--------------------|----------------------|
| SORO CONTROLE 01          | BIOCONTROL N LOTE 0078 | 0,480              | 0,487                |
| SORO CONTROLE 02          | BIOCONTROL P LOTE 0059 | 0,960              | 1,087                |
| SORO HUMANO 01            | 7662023                | 2,157              | 2,307                |
| SORO HUMANO 02            | 7652023                | 0,900              | 0,873                |
| SORO HUMANO 03            | 12492022               | 1,460              | 1,550                |
| SORO HUMANO 04            | 7682023                | 0,657              | 0,623                |
| SORO HUMANO 05            | 12502022               | 3,763              | 3,893                |
| SORO HUMANO 06            | 12482022               | 0,213              | 0,230                |
| SORO HUMANO 07            | 7692023                | 0,520              | 0,540                |
| SORO HUMANO 08            | 10842022               | 4,093              | 4,210                |
| SORO HUMANO 09            | 7672023                | 2,390              | 2,463                |
| SORO HUMANO 10            | 12522022               | 0,380              | 0,400                |

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 12/07/2023

*Barbara Cristina Gonçalves*

Barbara Cristina Gonçalves – Farmacêutica

Controle de Qualidade

**SAC** Serviço de  
Assessoria  
ao Cliente  
**0800 031 5454**  
sac@bioclin.com.br  
www.bioclin.com.br

19.400.787/0001-07  
QUIBASA - Química Básica Ltda.  
Rua Teles de Menezes, 92  
Santa Branca - CEP 31565-130  
BELO HORIZONTE - MG

Rua Teles de Menezes, 92  
Santa Branca - BH - MG  
Brasil - CEP: 31565-130  
tel 31 3499 5454  
SAC 08000315454  
www.bioclin.com.br