



Certificado de Análise

Controle da Qualidade

Produto: **BILIRRUBINA**
Cód. Referência: **K005**
Lote: **137**
Fabricação: **10/2022**
Validade: **10/2024**
Registro ANVISA: **10269360083**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Característica Analisável	Amostra	Resultado Esperado	Resultado Encontrado
SORO CONTROLE 01	BIOCONTROL N LOTE 0075	1,550	1,477
SORO CONTROLE 01 DIRETA	BIOCONTROL N LOTE 0075	0,630	0,633
SORO CONTROLE 02	BIOCONTROL P LOTE 0056	4,110	4,043
SORO CONTROLE 02 DIRETA	BIOCONTROL P LOTE 0056	1,030	0,923
SORO HUMANO 01	10202022	3,330	3,030
SORO HUMANO 01 DIRETA	10202022	1,120	1,297
SORO HUMANO 02	10212022	6,090	5,573
SORO HUMANO 02 DIRETA	10212022	0,780	0,780
SORO HUMANO 03	10222022	0,840	0,733
SORO HUMANO 03 DIRETA	10222022	0,620	0,613
SORO HUMANO 04	10232022	5,920	5,383
SORO HUMANO 04 DIRETA	10232022	0,590	0,587
SORO HUMANO 05	10242022	6,320	6,320
SORO HUMANO 05 DIRETA	10242022	0,590	0,540

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 17/10/2022

Lívia Tereza de Andrade Souza – Bioquímica
Controle de Qualidade

SAC Serviço de
Assessoria
ao Cliente
0800 031 5454
sac@bioclin.com.br
www.bioclin.com.br

19.400.787/0001-07
QUIBASA - Química Básica Ltda.
Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - CEP 31565-130
BELO HORIZONTE - MG

Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - BH - MG
Brasil - CEP: 31565-130
tel 31 3499 5454
SAC 08000315454
www.bioclin.com.br