



Certificado de Análise

Controle da Qualidade

Produto: **BILIRRUBINA**
Cód. Referência: **K005**
Lote: **138**
Fabricação: **04/2023**
Validade: **04/2025**
Registro ANVISA: **10269360083**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Característica Analisável	Amostra	Resultado Esperado	Resultado Encontrado
SORO CONTROLE 01	BIOCONTROL N LOTE 0077	1,430	1,463
SORO CONTROLE 01 DIRETA	BIOCONTROL N LOTE 0077	0,580	0,440
SORO CONTROLE 02	BIOCONTROL P LOTE 0058	3,850	3,973
SORO CONTROLE 02 DIRETA	BIOCONTROL P LOTE 0058	0,980	0,713
SORO HUMANO 01	12482022	0,863	0,850
SORO HUMANO 01 DIRETA	12482022	0,457	0,463
SORO HUMANO 02	12492022	2,847	2,710
SORO HUMANO 02 DIRETA	12492022	1,827	1,797
SORO HUMANO 03	12502022	8,853	7,850
SORO HUMANO 03 DIRETA	12502022	6,607	5,920
SORO HUMANO 04	12512022	7,130	6,893
SORO HUMANO 04 DIRETA	12512022	6,030	5,803
SORO HUMANO 05	12522022	1,117	1,057
SORO HUMANO 05 DIRETA	12522022	0,767	0,710

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 25/04/2023

Lívia Tereza de Andrade Souza – Bioquímica
Controle de Qualidade

SAC Serviço de
Assessoria
ao Cliente
0800 031 5454
sac@bioclin.com.br
www.bioclin.com.br

19.400.787/0001-07
QUIBASA - Química Básica Ltda.
Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - CEP 31565-130
BELO HORIZONTE - MG

Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - BH - MG
Brasil - CEP: 31565-130
tel 31 3499 5454
SAC 08000315454
www.bioclin.com.br