



Certificado de Análise

Controle da Qualidade

Produto: **BILIRRUBINA TOTAL AUTOMAÇÃO**

Cód. Referência: **K106**

Lote: **52**

Fabricação: **08/2022**

Validade: **02/2024**

Registro ANVISA: **10269360175**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Característica Analisável	Amostra	Resultado Esperado	Resultado Encontrado
SORO CONTROLE 01	BIOCONTROL N LOTE 0074	1,410	1,410
SORO CONTROLE 02	BIOCONTROL P LOTE 0056	4,110	4,097
SORO HUMANO 01	7172022	7,820	7,967
SORO HUMANO 02	7182022	6,340	5,720
SORO HUMANO 03	7192022	2,780	2,853
SORO HUMANO 04	7202022	6,270	5,820
SORO HUMANO 05	7212022	7,390	7,007

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 02/09/2022

Lívia Tereza de Andrade Souza – Bioquímica
Controle de Qualidade

SAC Serviço de
Assessoria
ao Cliente
0800 031 5454
sac@bioclin.com.br
www.bioclin.com.br

19.400.787/0001-07
QUIBASA - Química Básica Ltda.
Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - CEP 31565-130
BELO HORIZONTE - MG

Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - BH - MG
Brasil - CEP: 31565-130
tel 31 3499 5454
SAC 08000315454
www.bioclin.com.br