



Certificado de Análise

Controle da Qualidade

Produto: **BILIRRUBINA TOTAL AUTOMAÇÃO**
Cód. Referência: **K106**
Lote: **53**
Fabricação: **12/2022**
Validade: **06/2024**
Registro ANVISA: **10269360175**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Característica Analisável	Amostra	Resultado Esperado	Resultado Encontrado
SORO CONTROLE 01	BIOCONTROL N LOTE 0075	1,550	1,457
SORO CONTROLE 02	BIOCONTROL P LOTE 0057	4,030	3,707
SORO HUMANO 01	12482022	1,140	1,063
SORO HUMANO 02	12492022	3,060	3,143
SORO HUMANO 03	12502022	9,580	9,477
SORO HUMANO 04	12512022	7,770	7,613
SORO HUMANO 05	12522022	1,440	1,423

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 20/12/2022

Lívia Tereza de Andrade Souza – Bioquímica
Controle de Qualidade

SAC Serviço de
Assessoria
ao Cliente
0800 031 5454
sac@bioclin.com.br
www.bioclin.com.br



Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - BH - MG
Brasil - CEP: 31565-130
tel 31 3499 5454
SAC 08000315454
www.bioclin.com.br