



Certificado de Análise

Controle da Qualidade

Produto: **BILIRRUBINA TOTAL AUTOMAÇÃO**

Cód. Referência: **K106**

Lote: **54**

Fabricação: **03/2023**

Validade: **09/2024**

Registro ANVISA: **10269360175**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Característica Analisável	Amostra	Resultado Esperado	Resultado Encontrado
SORO CONTROLE 01	BIOCONTROL N LOTE 0076	1,500	1,463
SORO CONTROLE 02	BIOCONTROL P LOTE 0057	4,030	3,840
SORO HUMANO 01	14802022	0,693	0,673
SORO HUMANO 02	14872022	1,753	1,707
SORO HUMANO 03	15022022	1,037	1,033
SORO HUMANO 04	15072022	0,920	0,883
SORO HUMANO 05	15092022	1,090	1,107

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 09/03/2023

Barbara Cristina Gonçalves

Barbara Cristina Gonçalves – Farmacêutica

Controle de Qualidade

SAC Serviço de
Assessoria
ao Cliente
0800 031 5454
sac@bioclin.com.br
www.bioclin.com.br

19.400.787/0001-07
QUIBASA - Química Básica Ltda.
Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - CEP 31565-130
BELO HORIZONTE - MG

Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - BH - MG
Brasil - CEP: 31565-130
tel 31 3499 5454
SAC 08000315454
www.bioclin.com.br