



Certificado de Análise

Controle da Qualidade

Produto: **BILIRRUBINA TOTAL AUTOMAÇÃO**

Cód. Referência: **K106**

Lote: **55**

Fabricação: **06/2023**

Validade: **12/2024**

Registro ANVISA: **10269360175**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Característica Analisável	Amostra	Resultado Esperado	Resultado Encontrado
SORO CONTROLE 01	BIOCONTROL N LOTE 0077	1,430	1,380
SORO CONTROLE 02	BIOCONTROL P LOTE 0058	3,850	3,530
SORO HUMANO 01	12502022	9,020	8,987
SORO HUMANO 02	7672023	4,950	4,930
SORO HUMANO 03	12482022	0,897	0,890
SORO HUMANO 04	7692023	0,577	0,527
SORO HUMANO 05	7652023	1,510	1,500
SORO HUMANO 06	12492022	3,000	2,983
SORO HUMANO 07	7682023	7,160	7,147
SORO HUMANO 08	7662023	4,173	4,127
SORO HUMANO 09	10842022	6,323	6,273
SORO HUMANO 10	12522022	1,217	1,220

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 07/06/2023

Barbara Cristina Gonçalves

Barbara Cristina Gonçalves – Farmacêutica

Controle de Qualidade

SAC Serviço de
Assessoria
ao Cliente
0800 031 5454
sac@bioclin.com.br
www.bioclin.com.br

19.400.787/0001-07
QUIBASA - Química Básica Ltda.
Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - CEP 31565-130
BELO HORIZONTE - MG

Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - BH - MG
Brasil - CEP: 31565-130
tel 31 3499 5454
SAC 08000315454
www.bioclin.com.br