



Certificado de Análise

Controle da Qualidade

Produto: **BILIRRUBINA TOTAL AUTOMAÇÃO**

Cód. Referência: **K106**

Lote: **56**

Fabricação: **06/2023**

Validade: **12/2024**

Registro ANVISA: **10269360175**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Característica Analisável	Amostra	Resultado Esperado	Resultado Encontrado
SORO CONTROLE 01	BIOCONTROL N LOTE 0078	1,360	1,210
SORO CONTROLE 02	BIOCONTROL P LOTE 0059	3,810	3,443
SORO HUMANO 01	7832023	1,570	1,320
SORO HUMANO 02	7842023	1,390	1,167
SORO HUMANO 03	7852023	1,750	1,473
SORO HUMANO 04	7862023	1,700	1,467
SORO HUMANO 05	7872023	1,890	1,637
SORO HUMANO 06	7882023	1,970	1,713
SORO HUMANO 07	7892023	1,390	1,173
SORO HUMANO 08	7902023	1,910	1,640
SORO HUMANO 09	7912023	1,740	1,517
SORO HUMANO 10	7922023	1,180	0,967

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 04/07/2023

Barbara Cristina Gonçalves

Barbara Cristina Gonçalves – Farmacêutica

Controle de Qualidade

SAC Serviço de
Assessoria
ao Cliente
0800 031 5454
sac@bioclin.com.br
www.bioclin.com.br

19.400.787/0001-07
QUIBASA - Química Básica Ltda.
Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - CEP 31565-130
BELO HORIZONTE - MG

Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - BH - MG
Brasil - CEP: 31565-130
tel 31 3499 5454
SAC 08000315454
www.bioclin.com.br