

PRODUTO: **BIO GENE ZIKA VÍRUS PCR**

CÓDIGO REFERÊNCIA: **K203**

LOTE: **22**

FABRICAÇÃO: **08/2022**

VALIDADE: **08/2023**

REGISTRO NA ANVISA: **10269360300**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

CARACTERÍSTICA ANALISÁVEL	AMOSTRA	RESULTADO ESPERADO	RESULTADO ENCONTRADO
CONTROLE NEGATIVO	CONTROLE NEGATIVO	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 01	2022/0695	Positivo	Positivo
SORO HUMANO 02	2022/0945	Positivo	Positivo
SORO HUMANO 03	2022/196	Negativo	Negativo

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 02/09/2022


Bárbara Cristina Gonçalves – Farmacêutica
Controle de Qualidade