



Certificado de Análise

Controle da Qualidade

Produto: **BIOCLIN FAST HCV**
Cód. Referência: **K255**
Lote: **5**
Fabricação: **01/2023**
Validade: **09/2024**
Registro ANVISA: **10269360350**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Característica Analisável	Amostra	Resultado Esperado	Resultado Encontrado
SORO HUMANO 01	14652022	Positivo	Positivo
SORO HUMANO 02	9302021	Positivo	Positivo
SORO HUMANO 03	9282021	Positivo	Positivo
SORO HUMANO 04	9322021	Positivo	Positivo
SORO HUMANO 05	9292021	Positivo	Positivo
SORO HUMANO 06	9342021	Positivo	Positivo
SORO HUMANO 07	9312021	Positivo	Positivo
SORO HUMANO 08	9332021	Positivo	Positivo
SORO HUMANO 09	9392021	Positivo	Positivo
SORO HUMANO 10	9382021	Positivo	Positivo
SORO HUMANO 11	15132022	Positivo	Positivo
SORO HUMANO 12	14852022	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 13	14902022	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 14	15142022	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 15	14882022	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 16	14842022	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 17	14932022	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 18	15042022	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 19	14822022	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 20	14472022	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 21	14462022	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 22	14542022	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 23	15062022	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 24	15002022	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 25	15052022	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 26	14582022	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 27	15122022	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 28	14942022	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 29	14812022	Negativo	Negativo

SAC Serviço de
Assessoria
ao Cliente
0800 031 5454
sac@bioclin.com.br
www.bioclin.com.br

19.400.787/0001-07
QUIBASA - Química Básica Ltda.
Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - CEP 31565-130
BELO HORIZONTE - MG

Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - BH - MG
Brasil - CEP: 31565-130
tel 31 3499 5454
SAC 08000315454
www.bioclin.com.br



Certificado de Análise

Controle da Qualidade

Produto: **BIOCLIN FAST HCV**
Cód. Referência: **K255**
Lote: **5**
Fabricação: **01/2023**
Validade: **09/2024**
Registro ANVISA: **10269360350**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Característica Analisável	Amostra	Resultado Esperado	Resultado Encontrado
SORO HUMANO 30	15032022	Positivo	Positivo

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 07/02/2023

Barbara Cristina Gonçalves

Barbara Cristina Gonçalves – Farmacêutica

Controle de Qualidade

SAC Serviço de
Assessoria
ao Cliente
0800 031 5454
sac@bioclin.com.br
www.bioclin.com.br

19.400.787/0001-07
QUIBASA - Química Básica Ltda.
Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - CEP 31565-130
BELO HORIZONTE - MG

Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - BH - MG
Brasil - CEP: 31565-130
tel 31 3499 5454
SAC 08000315454
www.bioclin.com.br