



Certificado de Análise

Controle da Qualidade

Produto: **BIOCLIN FAST ML FLOW HANSENÍASE**
Cód. Referência: **K254**
Lote: **12**
Fabricação: **03/2023**
Validade: **07/2024**
Registro ANVISA: **10269360345**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Característica Analisável	Amostra	Resultado Esperado	Resultado Encontrado
SORO HUMANO 01	12692022	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 02	12912022	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 03	12902022	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 04	12922022	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 05	12862022	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 06	12632022	Positivo	Positivo
SORO HUMANO 07	12672022	Positivo	Positivo
SORO HUMANO 08	12662022	Positivo	Positivo
SORO HUMANO 09	12682022	Positivo	Positivo
SORO HUMANO 10	12642022	Positivo	Positivo

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 03/03/2023

Livia Tereza de Andrade Souza – Bioquímica
Controle de Qualidade

SAC Serviço de
Assessoria
ao Cliente
0800 031 5454
sac@bioclin.com.br
www.bioclin.com.br

19.400.787/0001-07
QUIBASA - Química Básica Ltda.
Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - CEP 31565-130
BELO HORIZONTE - MG

Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - BH - MG
Brasil - CEP: 31565-130
tel 31 3499 5454
SAC 08000315454
www.bioclin.com.br