



Certificado de Análise

Controle da Qualidade

Produto: **BIOCLIN FAST ML FLOW HANSENÍASE**
Cód. Referência: **K254**
Lote: **14**
Fabricação: **06/2023**
Validade: **10/2024**
Registro ANVISA: **10269360345**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Característica Analisável	Amostra	Resultado Esperado	Resultado Encontrado
SORO HUMANO 01	12632022	Positivo	Positivo
SORO HUMANO 02	12652022	Positivo	Positivo
SORO HUMANO 03	12662022	Positivo	Positivo
SORO HUMANO 04	12672022	Positivo	Positivo
SORO HUMANO 05	12682022	Positivo	Positivo
SORO HUMANO 06	8762023	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 07	8772023	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 08	8782023	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 09	8792023	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 10	8802023	Negativo	Negativo

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 28/06/2023

Lívia Tereza de Andrade Souza – Bioquímica
Controle de Qualidade

SAC Serviço de
Assessoria
ao Cliente
0800 031 5454
sac@bioclin.com.br
www.bioclin.com.br

19.400.787/0001-07
QUIBASA - Química Básica Ltda.
Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - CEP 31565-130
BELO HORIZONTE - MG

Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - BH - MG
Brasil - CEP: 31565-130
tel 31 3499 5454
SAC 08000315454
www.bioclin.com.br