

Certificado de Análise Controle da Qualidade

PRODUTO: **BIOCONTROL COAGULAÇÃO N**

REF: **K137**

LOTE: **0028**

FABRICAÇÃO: **07/2020**

VALIDADE: **07/2022**

REGISTRO NA ANVISA: **10269360223**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Bioclin**BIOCONTROL COAGULAÇÃO N 0028**

Val: 2022/07



Português

Analito	Metodologia	Valor	Intervalo (1DP)			Unidade
FIBRINOGÊNIO	COAGULOMETRIA	195,00	156,00	-	234,00	mg/dL
TP - TEMPO	COAGULOMETRIA	13,80	11,00	-	16,60	SEGUNDOS
TTPA	COAGULOMETRIA	59,30	47,40	-	71,20	SEGUNDOS

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 06/08/2020

Bárbara Cristina Gonçalves

Bárbara Cristina Gonçalves – Farmacêutica

Controle de Qualidade