

PRODUTO: **BIOCONTROL COAGULAÇÃO N**

REF: **K137**

LOTE: **0029**

FABRICAÇÃO: **04/2021**

VALIDADE: **04/2023**

REGISTRO NA ANVISA: **10269360223**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Bioclin

BIOCONTROL COAGULAÇÃO N LOTE 0029

Val: 2023/04



Português

Analito	Metodologia	Valor	Intervalo (1DP)			Unidade
FIBRINOGENIO	COAGULOMETRIA	182,00	146,00	-	218,00	mg/dL
TP - TEMPO	COAGULOMETRIA	13,80	11,00	-	16,60	SEGUNDOS
TTPA	COAGULOMETRIA	62,00	49,60	-	74,40	SEGUNDOS

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 22/04/2021

Barbara Cristina Gonçalves

Bárbara Cristina Gonçalves – Farmacêutica

Controle de Qualidade



SAC Serviço de
Assessoria
ao Cliente
0800 031 5454
sac@bioclin.com.br
www.bioclin.com.br

19.400.787/0001-07
QUIBASA - Química Básica Ltda.
Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - CEP 31565-130
BELO HORIZONTE - MG

Rua Teles de
Menezes, 92 Santa
Branca - BH - MG
Brasil - CEP: 31565-
130 tel 31 3499 5454
SAC 08000315454
www.bioclin.com.br