

PRODUTO: **BIOCONTROL COAGULAÇÃO N**

REF: **K137**

LOTE: **0030**

FABRICAÇÃO: **10/2021**

VALIDADE: **10/2023**

REGISTRO NA ANVISA: **10269360223**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Bioclin

BIOCONTROL COAGULAÇÃO N LOTE 0030

Val: 2023/10

CE

Português

Analito	Metodologia	Valor	Intervalo (1DP)			Unidade
FIBRINOGENIO	COAGULOMETRIA	244,00	195,00	-	293,00	mg/dL
TP - TEMPO	COAGULOMETRIA	12,70	10,20	-	15,20	SEGUNDOS
TTPA	COAGULOMETRIA	42,00	33,60	-	50,40	SEGUNDOS

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 08/10/2021

Lívia Souza

Lívia Tereza de Andrade Souza – Bioquímica
Controle de Qualidade

CE

SAC Serviço de
Assessoria
ao Cliente
0800 031 5454
sac@bioclin.com.br
www.bioclin.com.br

19.400.787/0001-07
QUIBASA - Química Básica Ltda.
Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - CEP 31565-130
BELO HORIZONTE - MG

Rua Teles de
Menezes, 92 Santa
Branca - BH - MG
Brasil - CEP: 31565-
130 tel 31 3499 5454
SAC 08000315454
www.bioclin.com.br