

Certificado de Análise

Controle da Qualidade

PRODUTO: **BIOCONTROL COAGULAÇÃO P**REF: **K138**LOTE: **0025**FABRICAÇÃO: **04/2020**VALIDADE: **04/2022**REGISTRO NA ANVISA: **10269360223**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Bioclin**BIOCONTROL COAGULAÇÃO P LOTE 0025**

Val: 2022/04

CE

Português

Analito	Metodologia	Valor	Intervalo (1DP)		Unidade
FIBRINOGENIO	COAGULOMETRIA	244,00	195,00	- 293,00	mg/dL
TP - TEMPO	COAGULOMETRIA	44,80	35,80	- 53,80	SEGUNDOS
TTPA	COAGULOMETRIA	> 80,00			SEGUNDOS

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 16/04/2020



Bárbara Cristina Gonçalves – Farmacêutica

Controle de Qualidade

CE

SAC Serviço de
Assessoria ao Cliente
0800 031 5454
sac@bioclin.com.br