

## Certificado de Análise

### Controle da Qualidade

PRODUTO: **BIOCONTROL COAGULAÇÃO P**REF: **K138**LOTE: **0026**FABRICAÇÃO: **07/2020**VALIDADE: **07/2022**REGISTRO NA ANVISA: **10269360223**

### RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

**Bioclin**

BIOCONTROL COAGULAÇÃO P LOTE 0026

Val: 2022/07

**CE**

Português

Analito	Metodologia	Valor	Intervalo (1DP)	Unidade
FIBRINOGENIO	COAGULOMETRIA	141,00	113,00 - 169,00	mg/dL
TP - TEMPO	COAGULOMETRIA	17,70	14,20 - 21,20	SEGUNDOS
TTPA	COAGULOMETRIA	> 80,00		SEGUNDOS

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 06/08/2020



Bárbara Cristina Gonçalves – Farmacêutica

Controle de Qualidade

**CE**SAC Serviço de  
Assessoria ao Cliente  
**0800 031 5454**  
[sac@bioclin.com.br](mailto:sac@bioclin.com.br)