

PRODUTO: **BIOCONTROL COAGULAÇÃO P**

REF: **K138**

LOTE: **0027**

FABRICAÇÃO: **02/2021**

VALIDADE: **02/2023**

REGISTRO NA ANVISA: **10269360223**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Bioclin

BIOCONTROL COAGULAÇÃO P LOTE 0027

Val: 2023/02



Português

Analito	Metodologia	Valor	Intervalo (1DP)		Unidade
FIBRINOGENIO	COAGULOMETRIA	144,00	115,00	- 173,00	mg/dL
TP - TEMPO	COAGULOMETRIA	16,60	13,20	- 20,00	SEGUNDOS
TTPA	COAGULOMETRIA	> 80,00			SEGUNDOS

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 11/03/2021

Barbara Cristina Gonçalves

Bárbara Cristina Gonçalves – Farmacêutica

Controle de Qualidade



SAC Serviço de
Assessoria
ao Cliente
0800 031 5454
sac@bioclin.com.br
www.bioclin.com.br

19.400.787/0001-07
QUIBASA - Química Básica Ltda.
Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - CEP 31565-130
BELO HORIZONTE - MG

Rua Teles de
Menezes, 92 Santa
Branca - BH - MG
Brasil - CEP: 31565-
130 tel 31 3499 5454
SAC 08000315454
www.bioclin.com.br