Bioclin

Certificado de Análise - Controle da Qualidade

PRODUTO: **BIOCONTROL COAGULAÇÃO P** REF: **K138**

LOTE: **0033**

FABRICAÇÃO: **12/2022**

VALIDADE: **12/2024**

REGISTRO NA ANVISA: **10269360223**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Bioclin **BIOCONTROL COAGULAÇÃO P LOTE 0033** Val: 2024/12 Português

Analito	Metodologia	Valor	Intervalo (1DP)			Unidade
FIBRINOGÊNIO	COAGULOMETRIA	127,00	101,00	-	153,00	mg/dL
TP - TEMPO	COAGULOMETRIA	18,90	14,80	-	23,00	SEGUNDOS
TTPA	COAGULOMETRIA	69,50	55,00	-	84,00	SEGUNDOS

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 20/12/2022

Barbara Cristina Gonçalves

Bárbara Cristina Gonçalves – Farmacêutica

Controle de Qualidade

SAC Serviço de Assessoria ao Cliente
0800 031 5454
sac@bioclin.com.br
www.bioclin.com.br

19.400.787/0001-07
QUIBASA - Química Básica Ltda.
Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - CEP 31565-130
BELO HORIZONTE - MG

Rua Teles de Menezes, 92 Santa Branca - BH - MG Brasil - CEP: 31565-130 tel 31 3499 5454
SAC 08000315454
www.bioclin.com.br