

PRODUTO: **BIOCONTROL N**

CÓDIGO REFERÊNCIA: **K073**

LOTE: **0080**

FABRICAÇÃO: **09/2023**

VALIDADE: **09/2025**

REGISTRO NA ANVISA: **10269360125**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Bioclin

BIOCONTROL N LOTE 0080

Val: 2025/09

Analito	Metodologia	Valor	Intervalo (1DP)	Unidade
ÁCIDO ÚRICO	ENZIMÁTICO URICASE - PEROXIDASE	3,00	2,20 - 3,80	mg/dL
ALBUMINA	VERDE DE BROMOCRESOL	3,50	3,10 - 3,90	g/dL
AMILASE	CINÉTICA CNPG	81,00	61,00 - 101,00	U/L-37°C
AMILASE	CINÉTICA IFCC	63,00	47,00 - 79,00	U/L
BILIRRUBINA DIRETA	DICLOROFENIL DIAZÔNIO (DPD)	0,45	0,23 - 0,68	mg/dL
BILIRRUBINA TOTAL	DICLOROFENIL DIAZÔNIO (DPD)	1,27	1,01 - 1,53	mg/dL
CÁLCIO	ARSENATO III	5,40	4,80 - 6,00	mg/dL
CAPACIDADE LATENTE DE FIXAÇÃO DE FERRO	FERROZINE AUTOMAÇÃO	125,00	97,00 - 153,00	µg/dL
CK MB	CINÉTICO UV - IMUNOINIBIÇÃO IFCC (AUTOMAÇÃO)	38,00	28,00 - 48,00	U/L
CK TOTAL	CINÉTICO UV - IFCC	120,00	96,00 - 144,00	U/L
CLORETOS	ELETRODO SELETIVO - DIRETO	92,00	82,00 - 102,00	mmol/L
CLORETOS	ELETRODO SELETIVO - INDIRETO	93,00	83,00 - 103,00	mmol/L
CLORETOS	MONORREAGENTE - TIOCIANATO DE MERCÚRIO	95,00	85,00 - 105,00	mEq/L
COLESTEROL	ENZIMÁTICO LIPASE - OXIDASE - PEROXIDASE	118,00	94,00 - 142,00	mg/dL
COLESTEROL HDL	DIRETO	32,00	25,00 - 39,00	mg/dL
COLESTEROL HDL	ENZIMÁTICO PRECIPITAÇÃO FOSFOTUNGSTATO	17,00	13,00 - 21,00	mg/dL
COLESTEROL LDL	DIRETO	57,00	46,00 - 68,00	mg/dL
COLINESTERASE	DGKC	6 577,00	4 929,00 - 8 225,00	U/L
CREATININA	AUTOMAÇÃO - REAÇÃO DE JAFFÉ (COMPENSADA)	1,21	0,97 - 1,45	mg/dL
CREATININA	AUTOMAÇÃO - REAÇÃO DE JAFFÉ (NÃO COMPENSADA)	1,51	1,21 - 1,81	mg/dL
CREATININA	ENZIMÁTICO COLORIMÉTRICO	1,17	0,94 - 1,40	mg/dL
DESIDROGENASE LÁTICA LDH	CINÉTICO UV DGKC	242,00	193,00 - 291,00	U/L - 37°C
FERRO SÉRICO	GOODWING MOD. - FERROZINE - COLORIMÉTRICO	116,00	87,00 - 145,00	µg/dL
FERRO SÉRICO	GOODWING MOD. - FERROZINE AUTOMAÇÃO	147,00	117,00 - 177,00	µg/dL
FOSFATASE ALCALINA	CINÉTICA IFCC	78,00	62,00 - 94,00	U/L
FÓSFORO	FOSFOMOLIBATO UV	2,40	2,10 - 2,70	mg/dL
FÓSFORO	MOLIBATO COLORIMÉTRICO	2,30	1,90 - 2,70	mg/dL
FRUTOSAMINA	NBT POLILISINA - ALBUMINA GLICADA	457,00	366,00 - 548,00	µmol/L
GAMA GT	SZASZ IFCC	31,00	25,00 - 37,00	U/L - 37°C
GLICOSE	ENZIMÁTICO GLICOSE OXIDASE - PEROXIDASE	57,00	51,00 - 63,00	mg/dL
LACTATO	UV ENZIMÁTICO LACTATO DESIDROGENASE	24,50	19,60 - 29,40	mg/dL
LIPASE	COLORIMÉTRICO - DTNB	27,00	19,00 - 35,00	U/L
LIPASE	ENZIMÁTICO - ÉSTER DE METIL RESORUFINA	30,00	22,00 - 38,00	U/L
MAGNÉSIO	MAGON SULFONADO - AZUL DE XILIDIL	1,90	1,60 - 2,20	mg/dL
MUCOPROTEÍNA	WINZLER MODIFICADO	3,30	2,60 - 4,00	mg/dL
POTÁSSIO	ELETRODO SELETIVO - DIRETO	3,20	2,80 - 3,60	mmol/L
POTÁSSIO	ELETRODO SELETIVO - INDIRETO	3,30	3,00 - 3,60	mmol/L
POTÁSSIO	ENZIMÁTICO - PIRUVATO QUINASE	3,40	3,00 - 3,80	mmol/L
PROTEÍNAS TOTAIS	BIURETO	5,00	4,40 - 5,60	g/dL
SÓDIO	ELETRODO SELETIVO - DIRETO	134,00	120,00 - 148,00	mmol/L
SÓDIO	ELETRODO SELETIVO - INDIRETO	130,00	117,00 - 143,00	mmol/L
SÓDIO	ENZIMÁTICO - BETA-GALACTOSIDASE	131,00	118,00 - 144,00	mmol/L
TRANSAMINASE ALT (TGP)	CINÉTICO UV - IFCC - SEM PIRIDOXAL FOSFATO	37,00	30,00 - 44,00	U/L - 37°C
TRANSAMINASE AST (TGO)	CINÉTICO UV - IFCC - SEM PIRIDOXAL FOSFATO	34,00	27,00 - 41,00	U/L - 37°C
TRIGLICÉRIDES	LIPASE - GLICEROL KINASE - GPO - PEROXIDASE	69,00	61,00 - 77,00	mg/dL
UREIA	CINÉTICO UV UREASE - GLDH	29,00	23,00 - 35,00	mg/dL
UREIA	ENZIMÁTICO COLORIMÉTRICO	28,00	20,00 - 36,00	mg/dL

Português

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 26/10/2023

Livia Tereza de Andrade Souza
Livia Tereza de Andrade Souza - Bioquímica
Controle de Qualidade

SAC Serviço de
Assessoria
ao Cliente
0800 031 5454
sac@bioclin.com.br
www.bioclin.com.br

19.400.787/0001-07
QUIBASA - Química Básica Ltda.
Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - CEP 31565-130
BELO HORIZONTE - MG

Rua Teles de
Menezes, 92 Santa
Branca - BH - MG
Brasil - CEP: 31565-
130 tel 31 3499 5454
SAC 08000315454
www.bioclin.com.br